



Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Subdirección Administrativa y Financiera
Abastecimiento
Licitaciones

**ACTA DE EVALUACIÓN ID 2111-152-LP24
"SUMINISTRO RIÑÓN ESTÉRIL"**

En Santiago con fecha 02-10-2024, se reúne la Comisión Evaluadora de la propuesta pública ID 2111-152-LP24 denominada "SUMINISTRO RIÑÓN ESTÉRIL", del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, nombrada mediante Resolución Exenta N°1535 de fecha 02-08-2024 que aprueba Bases de Licitación antes señalada, compuesta por las siguientes personas o quienes las subroguen o reemplacen:

NOMBRE	CARGO
Jocelyn Arredondo	Enfermera de continuidad UCM
Patricia Ramírez	Enfermera de continuidad UEH
Camila Morales	Enfermera de continuidad UCM

Llamado a Concurso.

Con fecha 05-08-2024, se publican las Bases de Licitación de ID 2111-152-LP24 en el portal www.mercadopublico.cl, con el nombre "SUMINISTRO RIÑÓN ESTÉRIL" del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°1535 de fecha 02-08-2024.

La Licitación antes señalada se conforma la siguiente línea de insumo, detallado a continuación:

Código Interno H.U.A.P.	Insumos	Cantidad Estimada 24 Meses
3459993747	RIÑÓN ESTÉRIL	216.000

Apertura Administrativa.

Con fecha 19-08-2024, se realiza la apertura electrónica de la licitación, recibiendo cuatro (4) ofertas de los siguientes proveedores:

RUT	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
84.609.600-0	MADEGOM S.A.
76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.
76.768.780-K	NOVOSALUD SPA.
76.758.693-0	SOTECNO MEDICAL SPA.

I. Verificación de antecedentes mínimos para ofertar

De acuerdo a las Bases de la Licitación, se solicitaron Antecedentes mínimos para ofertar a cada proveedor, entre los cuales: Anexo N°1 Anexo N°3A, Anexo N°3B, Anexo N°3C, Anexo N°4, Anexo N°6, Anexo N°7, Anexo N°8, Anexo N°9, Plazos de Entrega, Evaluación de Muestras y Estado de la Oferta adjuntados por los oferentes en el sistema de información www.mercadopublico.cl, determinando así si la oferta es aceptada o declarada inadmisibles, según se detalla a continuación:

N°	R.U.T. Proveedor	Razón Social Proveedor	Anexo N°1	Anexo N°3A	Anexo N°3B	Anexo N°3C	Anexo N°4	Anexo N°6	Anexo N°7	Anexo N°8	Anexo N°9	Plazo de Entregas 48hrs	Garantía Seriedad Oferta	Evaluación de Muestras	Estado de la Oferta	Observaciones
1	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	Inadmisible	No cumple con la Evaluación de Muestras
2	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	Inadmisible	No cumple con la Evaluación de Muestras
3	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	Inadmisible	No cumple con los Anexo N°6 y Evaluación de Muestras
4	76.758.693-0	SOTECNO MEDICAL SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	Inadmisible	No cumple con la Evaluación de Muestras

- Se rechaza la oferta del proveedor **MADEGOM S.A.** de Rut: **84.609.600-0** debido que no cumple con la Evaluación de Muestras en los ítems 1.3 "Nombre del insumo con letras grandes y legibles", 1.10 "Capacidad de aprox. 700cc", 1.11 "Dimensiones: 240mm x 130mm x 45 mm aprox. +/- 5mm", 1.12 "Resistencia a los fluidos mínimo 4 horas" y 1.14 "Indicador interno de esterilización". **Requisitos de Admisibilidad 4.2.4.2.** de las bases administrativas.
- Se rechaza la oferta del proveedor **NEMO CHILE S.A.** de Rut: **76.215.260-6** debido que no cumple con la Evaluación de Muestras en los ítems 1.3 "Nombre del insumo con letras grandes y legibles", 1.7 "Envoltorio manga bilaminada grado médico" y 1.12 "Resistencia a los fluidos mínimo 4 horas". **Requisitos de Admisibilidad 4.2.4.2.** de las bases administrativas.
- Se rechaza la oferta del proveedor **NOVOSALUD SPA.** de Rut: **76.768.780-K** debido que no cumple con la Evaluación de Muestras en el ítem 1.11 "Dimensiones: 240mm x 130mm x 45 mm aprox. +/- 5mm", 1.12 "Resistencia a los fluidos mínimo 4 horas" y 1.14 "Indicador interno de esterilización". **Requisitos de Admisibilidad 4.2.4.2.** de las bases administrativas.
- Se rechaza la oferta del proveedor **SOTECNO MEDICAL SPA.** de Rut: **76.758.693-0** debido que no cumple con la Evaluación de Muestras en los ítems 1.7 "Envoltorio manga bilaminada grado médico", 1.11 "Dimensiones: 240mm x 130mm x 45 mm aprox. +/- 5mm" y 1.12 "Resistencia a los fluidos mínimo 4 horas". **Requisitos de Admisibilidad 4.2.4.2.** de las bases administrativas.

II. Proposición fundada de Deserción

En síntesis, esta Comisión Evaluadora, procede a recomendar al Director del Hospital la declaración Desierta de la Licitación ID 2111-152-LP24 denominada "SUMINISTRO RIÑÓN ESTÉRIL".