

ID 2111-226-LE24



Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Subdirección Administrativa y Financiera
Unidad de Abastecimiento
Sección Licitaciones

Acta de Evaluación ID 2111-226-LE24
SUMINISTRO DE RESUCITADOR DESECHABLE

En Santiago con fecha 04 de noviembre de 2024, se reúne la Comisión Evaluadora de la propuesta pública ID 2111-226-LE24 denominada **SUMINISTRO DE RESUCITADOR DESECHABLE**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, nombrada mediante Resolución Exenta N°2270 de fecha 09 de octubre de 2024 que aprueba Bases de Licitación antes señalada, está compuesta por las siguientes personas o quienes las subroguen o reemplacen:

NOMBRE	CARGO
Federico Heredia Wendt	Médico jefe UCI Valech.
Danilo González Díaz	Supervisor UCI Valech
Diego Arévalo Valenzuela	Kinesiólogo

Se deja constancia que **Federico Heredia Wendt**, Médico jefe UCI Valech reemplaza a **Eduardo Bravo Ávila**, Medico Jefe de la UPC Quemado debido a que se encuentra con feriado legal.

Llamado a Concurso.

Con fecha 10 de octubre de 2024, se publican las Bases de Licitación de ID 2111-226-LE24 en el portal www.mercadopublico.cl, con el nombre de **SUMINISTRO DE RESUCITADOR DESECHABLE** del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°2270 de fecha 09 de octubre de 2024.

La Licitación antes señalada se conforma por una línea de suministro, según se detalla a continuación:

Código Interno H.U.A.P.	Insumos	Cantidad Estimada 24 meses
3400001999	RESUCITADOR M. AD. C/ VALV. PEEP/ RESERV	3.000

Apertura administrativa

Con fecha 16 de octubre de 2024, se realiza la apertura electrónica de la licitación, recibándose cinco (5) ofertas de los siguientes proveedores:

RUT	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
79.510.190-k	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER
78.233.420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS MÉDICOS SPA
86.383.300-0	MEDIPLIX S.A
77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA
76.781.234-5	SOLUCIONES MEDICAS SPA.

I. Verificación de antecedentes mínimos para ofertar

De acuerdo a las Bases de la Licitación, se solicitaron antecedentes mínimos para ofertar a cada proveedor, entre los cuales: Anexo N°3A, Anexo N°3B, Anexo N°3C, Anexo N°4, Anexo N°6, Anexo N°7, Anexo N°8, Anexo N°9, un plazo de entrega que no exceda las 48 horas desde la aceptación de la orden de compra, Entrega de Muestra y Ficha técnica. Publicados por los oferentes en el sistema de información www.mercadopublico.cl, determinando así si la oferta es aceptada o declarada inadmisibles y/o desierta según se detalla a continuación:

N°	R.U.T. Proveedor	Razón Social Proveedor	Anexo N°3-A	Anexo N°3-B	Anexo N°3-C	Anexo N°4	Anexo N°6	Anexo N°7	Anexo N°8	Anexo N°9	Plazo de entrega no mayor a 48 hrs	Entrega de Muestras y Ficha técnica	Evaluación técnica de Muestra	Estado de la Oferta	OBSERVACIONES
1	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	24 hrs	✓	✗	INDAMISIBLE	NO COMPLETA DEBIDAMENTE ANEXO N°3B Y NO ADJUNTA ANEXO N°9 FIRMADO POR EJECUTIVO DE LICITACIONES, NO CUMPLE CON NORMA ISO 10651-4:2002, NI FA O CE
1	78.233.420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS MÉDICOS SPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 hrs	✓	✗	INDAMISIBLE	NO CUMPLE CON COLOR DE BOLSA RESERVORIO TRANSPARENTE, ES DE COLOR BLANCO Y NO CUMPLE CON NORMA ISO 10651-4:2002, NI FA O CE
3	86.383.300-0	MEDIPLIX S.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 hrs	✓	✗	INDAMISIBLE	NO CUMPLE CON NORMA ISO 10651-4:2002
4	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	36 HRS	✗	✗	INDAMISIBLE	ADJUNTA ANEXO N°9 EN BLANCO, Y NO REALIZA ENTREGA DE MUESTRAS
5	76.781.234-5	SOLUCIONES MEDICAS SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 HRS	✓	✗	INDAMISIBLE	NO CUMPLE CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA LA VALVULA LIMITADORA DE PRESIÓN, Y NO CUMPLE CON NORMA ISO 10651-4: 2002, NI FA O CE

- Se rechaza la oferta del proveedor **INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER** Rut: **79.510.190-K**, puesto que no completa debidamente Anexo N°3B y no adjunta Anexo N°9 firmado por ejecutivo de licitaciones y no cumple con norma ISO 10651-4:2002, ni FA O CE. Por ende, la oferta se declara inadmisibles de acuerdo con el numeral 4.2.4.2. Letra b) **Requisitos de admisibilidad** de las bases de licitación.
- Se rechaza la oferta del proveedor **HOSPITALIA PRODUCTOS MÉDICOS SPA** Rut: **78.233.420-4**, puesto que no cumple con color de bolsa reservorio transparente, es de color blanco y no cumple con norma ISO 10651-4:2002 ni FA O CE. Por ende, la oferta se declara inadmisibles de acuerdo con el numeral 4.2.4.2. Letra a) **Requisitos de admisibilidad** de las bases de licitación.
- Se rechaza la oferta del proveedor **MEDIPLIX S.A** Rut: **86.383.300-0**, puesto que no cumple con norma ISO 10651-4:2002 Por ende, la oferta se declara inadmisibles de acuerdo con el numeral 4.2.4.2. Letra a) **Requisitos de admisibilidad** de las bases de licitación.
- Se rechaza la oferta del proveedor **COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA**. Rut: **77.765.630-9**, debido a que adjunta Anexo N°9 en blanco, y no realiza entrega de muestra. Por ende, la oferta se declara inadmisibles de acuerdo con el numeral 4.2.4.2. Letra b) y letra d) **Requisitos de admisibilidad** de las bases de licitación.

ID 2111-226-LE24

- Se rechaza la oferta del proveedor **SOLUCIONES MEDICAS SPA. Rut: 76.781.234-5**, debido a que no cumple con la evaluación técnica la válvula limitadora de presión, y no cumple con norma ISO 10651-4: 2002, ni FA O CE. Por ende, la oferta se declara inadmisibile de acuerdo con el numeral **4.2.4.2. Letra b) y letra d) Requisitos de admisibilidad** de las bases de licitación.

II. Proposición fundada de la deserción

En síntesis, esta Comisión Evaluadora, procede a recomendar al Director del Hospital la deserción de la Licitación **ID 2111-226-LE24** denominada **SUMINISTRO DE RESUCITADOR DESECHABLE**, dado que las ofertas presentadas han sido rechazadas por no cumplir con los **Requisitos de Admisibilidad** según el numeral **4.2.4.2 letra a), b) y d)**.

SUMINISTRO DE RESUCITADOR DESECHABLE						
N°	Proveedor	R.U.T. Proveedor	Precio Neto Unitario	Cantidad	Total Neto	Total I.V.A. incluido
DESIERTA						