



Hospital de Urgencia Asistencia Pública  
Subdirección Administrativa y Financiera  
Unidad de Abastecimiento  
Sección Licitaciones

**Acta de Evaluación ID 2111-276-LE24**  
**“TEST BOWIE DICK E INDICADORES BIOLÓGICOS PARA ESTERILIZACIÓN CON INCUBADORA COMODATO”**

En Santiago con fecha 2 de enero de 2025, se reúne la Comisión Evaluadora de la propuesta pública ID 2111-276-LE24 denominada, **TEST BOWIE DICK E INDICADORES BIOLÓGICOS PARA ESTERILIZACIÓN CON INCUBADORA COMODATO**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, nombrada mediante Resolución Exenta N°2911 de fecha 05 de diciembre de 2024, que aprueba Bases de Licitación antes señalada, está compuesta por las siguientes personas o quienes las subroguen o reemplacen:

CARGO	NOMBRE
Enfermero Esterilización	Christian Curiqueo Huenchunao
Enfermera Esterilización	María José Sierra López
Jefe Equipos Industriales	Leonardo Vargas Muñoz

**Llamado a Concurso**

Con fecha 05 de diciembre de 2024, se publican las Bases de Licitación de ID 2111-276-LE24 en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), con el nombre de **“TEST BOWIE DICK E INDICADORES BIOLÓGICOS PARA ESTERILIZACIÓN CON INCUBADORA COMODATO”**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°2911 de fecha 05 de diciembre de 2024.

La Licitación antes señalada se conforma por la adquisición, según se detalla a continuación:

Líneas	Código Interno H.U.A.P.	Insumos	Cantidad Estimada 24 meses
1	2240000133	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR HÚMEDO SATURADO DE LECTURA RÁPIDA (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS)	3.000 UNIDADES
2	3471062111	TIRAS INDICADORAS BOWIE DICK-BDS	5.000 UNIDADES

**Apertura administrativa.**

Con fecha 17 de diciembre de 2024, se realiza la apertura electrónica de la licitación, recibándose 3 (TRES) ofertas de los siguientes proveedores:

PROVEEDOR	RUT
COMERCIAL LIMAX SPA.	76.719.400-5
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA.	80.447.400-5
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	59.077.290-9

### I. Verificación de antecedentes mínimos para ofertar.

De acuerdo a las Bases de la Licitación, se solicitaron antecedentes mínimos para ofertar a cada proveedor, entre los cuales: Anexo N°3-A, Anexo N°3-B, Anexo N°3-C, Anexo N°4, Anexo N°6, Anexo N°7, Anexo N°8, Anexo N°9, entrega de muestras, y otros documentos publicados por los oferentes en el sistema de información [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), determinando así si la oferta es aceptada o declarada inadmisibles y/o desierta según se detalla a continuación:

N°	Razón Social Proveedor	Anexo N°1	Anexo N°3-A	Anexo N°3-B	Anexo N°3-C	Anexo N°4	Anexo N°6	Anexo N°7	Anexo N°8	Anexo N°9	Anexo N°10	Entrega de Muestras y ficha técnica	Evaluación de Muestras	Presentación de Equipo en Comodato	Plazo de entrega de equipo en comodato hasta 5 días hábiles	Oferta por Línea	Plazo de entrega no superior a 48 horas.	Estado Oferta	Observación
1	COMERCIAL LIMAX SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	1	✓	INADMISIBLE	Equipo ofertado no aprueba la evaluación de muestras para la línea 1 y no cumple con anexo
2	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	1	✓	INADMISIBLE	Equipo ofertado no aprueba la evaluación de muestras para la línea 1
3	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	1 y 2	✓	INADMISIBLE	Equipo ofertado no aprueba la evaluación de muestras para la línea 1 y el insumo ofertado para línea 2 no aprueba evaluación de muestras

- Se rechaza la oferta de **COMERCIAL LIMAX SPA. RUT 76.719.400-5**, debido a que no aprueba la evaluación de muestras, el equipo en comodato no cumple con la evaluación de muestras, en el punto 1.3 cubierta de seguridad para cubrir las celdas, 1.8 incluye impresora térmica incorporada al equipo, y tampoco cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo N°7.
- Se rechaza la oferta de **MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA. RUT 80.447.400-5**, debido a que no aprueba la evaluación de muestras, el equipo en comodato no cumple con la evaluación de muestras, en el punto 1.3 cubierta de seguridad para cubrir las celdas, 1.8 incluye impresora térmica incorporada al equipo.
- Se rechaza la oferta de **NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) RUT 59.077.290-9** debido a que no aprueba la evaluación de muestras, para la línea 1 el equipo en comodato no cumple con la evaluación de muestras, en el punto 1.3 cubierta de seguridad para cubrir las celdas, 1.8 incluye impresora térmica incorporada al equipo, y para la línea 2 el insumo no cumple con especificaciones técnicas 1.5 tiras autoadhesivas que permiten dejarlas pegadas al registro.

### II. proposición fundada de deserción.

En síntesis, esta comisión evaluadora, procede a recomendar al director del hospital la deserción de la licitación 2111-276-le24 denominada "TEST BOWIE DICK E INDICADORES BIOLÓGICOS PARA ESTERILIZACIÓN CON INCUBADORA COMODATO", dado que las ofertas presentadas han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos de admisibilidad numeral 4.2.4.2. de las bases administrativas.