



Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Subdirección Administrativa y Financiera
Unidad de Abastecimiento
Sección Licitaciones

Acta de Evaluación ID 2111-315-LE24
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO STERRAD II”

En Santiago con fecha 9 de enero de 2025, se reúne la Comisión Evaluadora de la propuesta pública ID 2111-315-LE24 denominada, **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO STERRAD II**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, nombrada mediante Resolución Exenta N°2655 de fecha 12 de noviembre de 2024, que aprueba Bases de Licitación antes señalada, está compuesta por las siguientes personas o quienes las subroguen o reemplacen:

Cargo	Nombre
Supervisor Equipos Industriales	Abraham Martínez Valenzuela
Jefe de Infraestructura	Gustavo Schneider Chozas
Jefe (S) Recursos Físicos	Nicolas Pacheco Pérez

Llamado a Concurso

Con fecha 13 de noviembre de 2024, se publican las Bases de Licitación de ID 2111-315-LE24 en el portal www.mercadopublico.cl, con el nombre de **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO STERRAD II”**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°2655 de fecha 12 de noviembre de 2024.

La Licitación antes señalada se conforma por la contratación del servicio, según se detalla a continuación:

SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO STERRAD II

Apertura administrativa.

Con fecha 20 de noviembre de 2024, se realiza la apertura electrónica de la licitación, recibándose 1 (una) oferta del siguiente proveedor:

PROVEEDOR	RUT
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS CHILE SPA.	76.994.168-1

I. Verificación de antecedentes mínimos para ofertar.

De acuerdo a las Bases de la Licitación, se solicitaron antecedentes mínimos para ofertar a cada proveedor, entre los cuales: Anexo N°3-A, Anexo N°3-B, Anexo N°3-C, Anexo N°4, Anexo N°6, Anexo N°7, Anexo N°8, Anexo N°10, Garantía de Seriedad de la Oferta, y otros documentos publicados por los oferentes en el sistema de información www.mercadopublico.cl, determinando así si la oferta es aceptada o declarada inadmisibles y/o desierta según se detalla a continuación:

N°	Razón Social Proveedor	Anexo N°3-A	Anexo N°3-B	Anexo N°3-C	Anexo N°4	Anexo N°6	Anexo N°7	Anexo N°8	Anexo N°10	Requerimientos Técnicos	Garantía de Seriedad de la Oferta	Oferta por la Totalidad de Repuestos del Anexo N°8	Estado Oferta	Observación
1	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS CHILE SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	INADMISIBLE	Proveedor no oferta por la totalidad de repuestos del listado referencial, y condiciona su oferta en los anexos N°8 y N°9 indicando repuestos sujetos a stock.

- Se rechaza la oferta de proveedor **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS CHILE SPA., RUT 76.994.168-1**, debido a que este no oferta por la totalidad de los repuestos del listado referencial del Anexo N°8, y condiciona sus anexos N°8 y N°9, indicando que los repuestos están sujetos a stock, lo que según el numeral 4.2.4.2 Letra A) y D), los cuales son requisitos de admisibilidad.

II. Proposición fundada de deserción

En síntesis, esta Comisión Evaluadora, procede a recomendar al director del Hospital la deserción de la adquisición de la Licitación ID 2111-315-LE24 denominada **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO STERRAD II”**