

ID 2111-111-LE25



Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Subdirección Administrativa y Financiera
Departamento de Abastecimiento
Unidad de Licitaciones

Acta de Evaluación ID 2111-111-LE25
“SUMINISTRO DE APÓSITOS DE MOLTOPREN”

En Santiago con fecha 06 de mayo de 2025, se reúne la Comisión Evaluadora de la propuesta pública ID 2111-111-LE25 denominada **SUMINISTRO DE APÓSITOS DE MOLTOPREN** del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, nombrada mediante Resolución Exenta N°837 de fecha 11 de abril de 2025 que aprueba Bases de Licitación antes señalada, está compuesta por las siguientes personas o quienes las subroguen o reemplacen:

NOMBRE	CARGO
Claudio Ormazábal Rojas	Enfermero de Pabellón
Yanet Badilla Galaz	Enfermera continuidad UPC Quemados
Dra. Daniela Guardia	Médico Cirujano

**Se deja constancia que la Dra. Marcela González, Medico cirujano se encuentra con feriado legal, por lo que será reemplazada por la Dra. Daniela Guardia, Medico cirujano.*

Llamado a Concurso.

Con fecha 14 de abril de 2025, se publican las Bases de Licitación de ID 2111-111-LE25 en el portal www.mercadopublico.cl, con el nombre de **SUMINISTRO DE APÓSITOS DE MOLTOPREN**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°837 de fecha 11 de abril de 2025.

La Licitación antes señalada se conforma por cuatro (4) líneas de suministro, según se detalla a continuación:

LÍNEAS	CODIGO HUAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REFERENCIAL 36 MESES
1	2243519086	MOLTOPREN 0.8 DENSIDAD 60 X 60 ESTERIL	11.000
2	2249964000	MOLTOPREN 20 CM X 1.90 ESPESOR 0.5	4.000
3	2253519101	MOLTOPRÉN DE 0.4 MM DENSIDAD DE 10 CM X 190 CM	10.000
4	2253519151	MOLTOPRÉN DE 0.4 MM DENSIDAD DE 15 CM X 190 CM	4.000

Apertura administrativa

Con fecha 23 de abril de 2025, se realiza la apertura electrónica de la licitación, recibándose dos (2) ofertas de los siguientes proveedores:

RUT	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
76.768.780-k	NOVOSALUD SPA

76.209.015-5

VIVIRSALUD LIMITADA

I. Verificación de antecedentes mínimos para ofertar

De acuerdo a las Bases de la Licitación, se solicitaron antecedentes mínimos para ofertar a cada proveedor, entre los cuales: Anexo N°3A, Anexo N°3B, Anexo N°3C, Anexo N°4, Anexo N°6, Anexo N°7, Anexo N°8 y Anexo N°9, con un plazo de entrega no mayor a 48 horas, y aprobar la Evaluación técnica de Muestra, publicados por los oferentes en el sistema de información www.mercadopublico.cl, determinando así si la oferta es aceptada o declarada inadmisibles y/o desierta según se detalla a continuación:

N°	R.U.T. Proveedor	Razón Social Proveedor	Anexo N°3-A	Anexo N°3-B	Anexo N°3-C	Anexo N°4	Anexo N°6	Anexo N°7	Anexo N°8	Anexo N°9	Plazo de entrega no mayor a 48 hrs	Cumple con evaluación técnica de Muestra	Líneas ofertadas	Líneas admisibles	OBSERVACIONES
1	76.768.780-k	NOVOSALUD SPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 hrs	x	1,2 y 4	-	En evaluación de muestras, para la línea N°1 no cumple con el atributo 1.6, ya que se solicita doble envoltorio y este solo posee un envoltorio. Para la línea N°2 no cumple con los atributos: 1.4 se solicita estéril, y el producto no es estéril, 1.6 se solicita doble envoltorio y este solo posee un envoltorio, 1.9 se solicita rotulo de proceso de esterilización, y este se encuentra sin proceso, porque no es estéril. Para la línea N°4 no cumple con los atributos: 1.4 se solicita estéril, y el producto no es estéril, 1.6 se solicita doble envoltorio y este solo posee un envoltorio, 1.9 se solicita rotulo de proceso de esterilización, y este se encuentra sin proceso, porque no es estéril.
2	76.209.015-5	VIVIRSALUD LIMITADA	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	72 hrs	x	1,3 y 4	-	No completa correctamente Anexo N°6, ya que para las líneas ofertadas no completa "Nombre del archivo que adjunta" en ningún atributo. En Anexo N°7 oferta por 72 horas hábiles y el plazo de entrega no puede superar las 48 horas desde la aceptación de la orden de compra. En Anexo N°9 indica en observaciones "No entregamos muestras".

Se rechaza la oferta del proveedor **NOVOSALUD SPA**, Rut: **76.768.780-k** para las líneas N°1, N°2 y N°4 debido a que, en evaluación de muestras para la línea N°1 no cumple con el atributo 1.6, ya que se solicita doble envoltorio y este solo posee un envoltorio. Para la línea N°2 no cumple con los atributos: 1.4 se solicita estéril, y el producto no es estéril, 1.6 se solicita doble envoltorio y este solo posee un envoltorio, 1.9 se solicita rotulo de proceso de esterilización, y este se encuentra sin proceso, porque no es estéril. Para la línea N°4 no cumple con los atributos: 1.4 se solicita estéril, y el producto no es estéril, 1.6 se solicita doble envoltorio y este solo posee un envoltorio, 1.9 se solicita rotulo de proceso de esterilización, y este se encuentra sin proceso, porque no es estéril. Por ende, la oferta se considera inadmisibles de acuerdo con el numeral **4.2.4.2. Requisitos de admisibilidad** de las bases de licitación.

Se rechaza la oferta del proveedor **VIVIRSALUD LIMITADA**, Rut: **76.209.015-5** para las líneas N°1, N°3 y N°4 debido a que, no completa correctamente Anexo N°6, ya que para las líneas ofertadas no completa "**Nombre del archivo que adjunta**" en ningún atributo. En Anexo N°7 oferta por 72 horas hábiles y el plazo de entrega no puede superar las 48 horas desde la aceptación de la orden de compra. En Anexo N°9 indica en observaciones de cada línea "**No entregamos muestras**". Por ende, la oferta se considera inadmisibles de acuerdo con el numeral **4.2.4.2. Requisitos de admisibilidad** de las bases de licitación.

ID 2111-111-LE25

II. Proposición fundada de deserción

En síntesis, esta Comisión Evaluadora, procede a recomendar al director del Hospital la deserción de la Licitación ID 2111-111-LE25 denominada **SUMINISTRO DE APÓSITOS DE MOLTOPREN**, por **36 meses**, dado que la oferta presentada ha sido rechazada por no cumplir con Requisitos de Admisibilidad según el numeral **4.2.4.2**.

SUMINISTRO DE APÓSITOS DE MOLTOPREN ID 2111-111-LE25							
Línea	Insumo	Proveedor	R.U.T. Proveedor	Precio Neto Unitario	Cantidad	Total Neto	Total I.V.A. incluido
1	MOLTOPREN 0.8 DENSIDAD 60 X 60 ESTERIL	DESIERTA					
2	MOLTOPREN 20 CM X 1.90 ESPESOR 0.5	DESIERTA					
3	MOLTOPRÉN DE 0.4 MM DENSIDAD DE 10 CM X 190 CM	DESIERTA					
4	MOLTOPRÉN DE 0.4 MM DENSIDAD DE 15 CM X 190 CM	DESIERTA					