



Hospital de Urgencia Asistencia Pública  
Subdirección Administrativa y Financiera  
Abastecimiento  
Licitaciones

**ACTA DE EVALUACIÓN ID 2111-59-LE25  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
DE EQUIPO STERRAD III**

En Santiago con fecha 08-05-2025, se reúne la Comisión Evaluadora de la propuesta pública **ID 2111-59-LE25** denominada **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO STERRAD III”**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, nombrada mediante Resolución Exenta N°575 de fecha 07-03-2025 que aprueba Bases de Licitación antes señalada, compuesta por las siguientes personas o quienes las subroguen o reemplacen:

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Abraham Martínez Valenzuela	Supervisor Equipos Industriales
Gustavo Schneider Chozas	Jefe de Infraestructura
Nicolas Pacheco Pérez	Jefe (S) Recursos Físicos

**Llamado a Concurso.**

Con fecha 10-03-2024, se publican las Bases de Licitación de **ID 2111-59-LE25** en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), con el nombre **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO STERRAD III”** del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°575 de fecha 07-03-2025.

La Licitación antes señalada se conforma por el siguiente servicio, detallado a continuación:

<b>SERVICIO</b>
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO STERRAD

**Apertura Administrativa.**

Con fecha 02-04-2025, se realiza la apertura electrónica de la licitación, recibiendo una (1) oferta del siguiente proveedor:

<b>RUT</b>	<b>RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR</b>
76.994.168-1	ADVANCE STERILIZATION PRODUCTS CHILE SPA.

**I. Verificación de antecedentes mínimos para ofertar**

De acuerdo a las Bases de la Licitación, se solicitaron Antecedentes mínimos para ofertar a cada proveedor, entre los cuales: Anexo N°1 Anexo N°3A, Anexo N°3B, Anexo N°3C, Anexo N°4, Anexo N°6, Anexo N°7, Anexo N°8, Plazos de Entrega y Estado de la Oferta adjuntados por los oferentes en el sistema de información [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), determinando así si la oferta es aceptada o declarada inadmisibles, según se detalla a continuación:

N°	R.U.T. Proveedor	Razón Social Proveedor	Anexo N°1	Anexo N°3A	Anexo N°3B	Anexo N°3C	Anexo N°4A	Anexo N°6	Anexo N°7	Anexo N°8	Plazo de Entregas	Estado de la Oferta	Observaciones
1	76.994.168-1	ADVANCE STERILIZATION PRODUCTS CHILE SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	Inadmisible	No cumple con el Anexo N°8

- Se rechaza la oferta del proveedor **ADVANCE STERILIZATION PRODUCTS CHILE SPA.** de Rut: **76.994.168-1** debido a que no ingresa el precio de la totalidad de los repuestos referenciales del Anexo N°8. **Requisito de Admisibilidad 4.2.4.2** de las Bases Administrativas.

## II. PROPOSICIÓN FUNDADA DE DESERCIÓN

En síntesis, esta Comisión Evaluadora, procede a recomendar al Director del Hospital la declaración desierta de la Licitación ID **2111-59-LE25** denominada **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO STERRAD III**, debido que la oferta recibida no cumple con los requisitos de admisibilidad de las bases administrativas.