



Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Subdirección Administrativa y Financiera
Departamento de Abastecimiento
Unidad de Licitaciones

**Acta de Evaluación ID 2111-370-LP25
INSUMOS DE TRAUMATOLOGÍA CADERA CON EQUIPO EN COMODATO**

En Santiago con fecha 09 de febrero de 2026, se reúne la Comisión Evaluadora de la propuesta pública ID 2111-370-LP25 denominada **INSUMOS DE TRAUMATOLOGÍA CADERA CON EQUIPO EN COMODATO**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, nombrada mediante Resolución Exenta N° 41 de fecha 09 de enero de 2026, que aprueba Bases de Licitación antes señalada, está compuesta por las siguientes personas o quienes las subroguen o reemplacen:

NOMBRE	CARGO
Germán Valenzuela Favre	Médico Traumatólogo
Jimena Gallardo Zúñiga	Jefa (S) Unidad de Esterilización
Brenda Solís Garcia	TENS Arsenalera Pabellon Central

*Se deja constancia que Germán Valenzuela Favre, Médico Traumatólogo, reemplaza en la Comisión Evaluadora a Miguel Ramírez Veillon, Médico Traumatólogo, debido a que no se encontraba al momento de la evaluación.

*Se deja constancia que Jimena Gallardo Zúñiga, Jefa (S) Unidad de Esterilización, reemplaza en la Comisión Evaluadora a Viviana Salazar Miranda, Jefa Unidad de Esterilización, debido a que se encuentra con feriado legal al momento de la evaluación.

Llamado a Concurso.

Con fecha 12 de enero de 2026, se publican las Bases de Licitación de ID 2111-370-LP25 en el portal www.mercadopublico.cl, con el nombre de **INSUMOS DE TRAUMATOLOGÍA CADERA CON EQUIPO EN COMODATO** del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N° 41 de fecha 09 de enero de 2026.

La Licitación antes señalada se conforma por cinco (5) líneas de suministros, detallados a continuación:

Línea	Categoría	Cajas/ Kit	CANTIDAD PARA 24 MESES
1	PROGRAMADA (CONSIGNACION EN TRANSITO)	Kit de prótesis total de cadera MDM (Tipo Modular Dual Mobility), con motor (GRAN FRAGMENTO) y motor sierra	48

2	PROGRAMADA (CONSIGNACION EN TRANSITO)	Kit de prótesis total de cadera de revisión modular, con motor (GRAN FRAGMENTO) y motor sierra.	12
3	PROGRAMADA (CONSIGNACION EN TRANSITO)	Insumos para prótesis total de cadera de revisión para fractura compleja.	6
4	URGENCIA (COMODATO EN ESPACIO FISICO)	Tornillos Canulados Específicos para uso Pélvico de ACERO	200
5	URGENCIA (COMODATO EN ESPACIO FISICO)	Tornillos Canulados Específicos para uso Pélvico de ACERO	200

Apertura Administrativa.

Con fecha 05 de febrero de 2026, se realiza la apertura electrónica de la licitación, recibándose dos (2) ofertas de los siguientes proveedores:

N°	RUT	PROVEEDOR
1	77.353.051-3	BIOADVANCE MEDICAL SPA
2	78.874.470-6	STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPAÑÍA LIMITADA

I. Verificación de antecedentes mínimos para ofertar.

De acuerdo a las Bases de la Licitación, se solicitaron antecedentes mínimos para ofertar a cada proveedor, entre los cuales: Anexo N°3-A, Anexo N°3-B, Anexo N°3-C, Anexo N°4, Anexo N°6, Anexo N°7, Anexo N°8, Anexo N°9, Anexo N°11 y otros documentos publicados por los oferentes en el sistema de información www.mercadopublico.cl, determinando así si las ofertas son aceptadas o declaradas inadmisibles y/o desierta según se detalla a continuación:

N°	R.U.T. Proveedor	Razón Social Proveedor	Cumplir con todos los Requerimientos Técnicos Anexo N°1	Anexo N°3-A	Anexo N°3-B	Anexo N°3-C	Anexo N°4	Anexo N°6	Anexo N°7-A	Anexo N°7-B	Anexo N°8	Anexo N°9	Anexo N°11	Evaluación Técnica de Muestras Anexo 7-A	Cumplir con todas las EETT Obligatorias Anexo 7-B	Líneas Ofertadas	ADMISIBLE	INADMISIBLE	Observaciones
1	77.353.051-3	BIOADVANCE MEDICAL SPA	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	Línea N°1		INADMISIBLE	Proveedor no cumple con la evaluación técnica de muestras del Anexo N°7-A, ni con todas las EETT Obligatorias del Anexo N°7-B. Tampoco cumple con los Requerimientos Técnicos del Anexo N°1, según lo establecido en numeral 3.2.4.2 Requisitos de Admisibilidad de las Bases de Licitación.
2	78.874.470-6	STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPAÑÍA LIMITADA	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	Líneas N°1, 2, 3, 4 y 5.		INADMISIBLE	Proveedor no cumple con la evaluación técnica de muestras del Anexo N°7-A, ni con todas las EETT Obligatorias del Anexo N°7-B. Tampoco cumple con los Requerimientos Técnicos del Anexo N°1, según lo establecido en numeral 3.2.4.2 Requisitos de Admisibilidad de las Bases de Licitación.

- Se rechaza la oferta para la línea N°1 del proveedor **BIOADVANCE MEDICAL SPA., Rut: 77.353.051-3**, debido a que el oferente no cumple con la evaluación técnica de muestras del Anexo N°7-A, ni con todas las especificaciones técnicas obligatorias del Anexo N°7-B, revisión realizada por la Comisión Evaluadora, específicamente con los siguientes atributos del "Kit de prótesis total de cadera MDM (Tipo Modular Dual Mobility), con motor (Gran Fragmento) y motor sierra":

*** Anexo N°7-A Cumplimiento de Criterios para Evaluación Técnica de Muestras:**

1.11 Instrumental presenta sistema de anclajes compatible para su uso con motor.

*** Anexo N°7-B Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Obligatorias:**

- 2 dosis de cemento al vacío **CON ANTIBIOTICO** / KIT DE CEMENTACION. (Observaciones: No presentan muestra).

- **Campos quirúrgicos.** 1 cubierta de mesa, 1 delantal arsenalera reforzado talla L, 3 delantales talla xl reforzados, 6 toallas de mano, 1 funda mesa mayo reforzada, 1 bota, 1 venda autoadherente reforzada (al menos 10 cm 4,6m), 1 sábana en U reforzada de al menos (de al menos 270x 300), 2 sábana en U impermeable (de al menos 270x 300), 1 sábana superior reforzada (de al menos 200x 320), 1 sábana impermeables (de al menos 200 x320), 2 sábanas en U impermeables. Con empaque doble y/o empaque que asegure indemnidad de este, sellado, de grado médico, apertura segura. Nombre del paquete con letra grande y legible. Lote visible y legible Fecha de vencimiento legible. Estéril/ método de esterilización. (Observaciones: No presentan muestra).

- **Escafandras (5).** Escafandra o toga para utilizar sobre un casco. El material de la escafandra debe ser de polipropileno, resistente a fluidos corporales. Resistencia de al menos 1.55 mmH2O como mínimo, Escafandra Medidas estándar para los cascos, que permita la filtración de partículas de aire y mantener aislado al médico del paciente y viceversa. Empaque simple, sellado, de apertura segura y fácil con sistema peel-open, este, debe traer claramente especificado, visible y legible: el nombre y material del insumo, número de lote, fecha de vencimiento, estéril / Método de esterilización, libre de látex, desechable, de un solo uso. Del Casco compatible con la escafandra, deberá ser de alta tecnología con ventilador para permitir la visualización del campo quirúrgico sin empañe, debe contener ventilador interno, permitir la filtración de partículas de aire y mantener aislado al médico del paciente y viceversa y deben ser compatibles con escafandras. (Observaciones: No presentan muestras).

- **Instrumental de colocación y medición específico.** Marco tipo Charley de 4 ramas. Este marco deberá tener un lado abierto y en su contorno deberá tener al menos 9 puntos de anclaje para separadores tipo garra y tipo valva (2 separadores de cada uno, de diferentes largos, incluidos en el sistema y que correspondan con el tipo de anclajes del marco). Con motor (GRAN FRAGMENTO) y motor sierra. (Observaciones: No se observa marco tipo Charley. No se observa motor gran fragmento ni sierra).

Por consiguiente, tampoco cumple con los Requerimientos Técnicos del Anexo N°1, según lo estipulado en el numeral 3.2.4.2 Requisitos de Admisibilidad de las Bases de Licitación.

- Se rechaza la oferta para la línea N°1 del proveedor **BIOADVANCE MEDICAL SPA., Rut: 77.353.051-3**, debido a que el oferente no cumple con la evaluación técnica de muestras del Anexo N°7-A, ni con todas las especificaciones técnicas obligatorias del Anexo N°7-B, revisión realizada por la Comisión Evaluadora, específicamente con los siguientes atributos del "Kit de prótesis total de cadera MDM (Tipo Modular Dual Mobility), con motor (Gran Fragmento) y motor sierra":

***Anexo N°7-A Cumplimiento de Criterios para Evaluación Técnica de Muestras:**

1.11 Instrumental presenta sistema de anclajes compatible para su uso con motor.

*** Anexo N°7-B Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Obligatorias:**

- 2 dosis de cemento al vacío **CON ANTIBIOTICO** / KIT DE CEMENTACION. (Observaciones: No presentan muestra).

- **Campos quirúrgicos.** 1 cubierta de mesa, 1 delantal arsenalera reforzado talla L, 3 delantales talla xl reforzados, 6 toallas de mano, 1 funda mesa mayo reforzada, 1 bota, 1 venda autoadherente reforzada (al menos 10 cm 4,6m), 1 sábana en U reforzada de al menos (de al menos 270x 300), 2 sábana en U impermeable (de al menos 270x 300), 1 sábana superior reforzada (de al menos 200x 320), 1 sábana impermeables (de al menos 200 x320), 2 sábanas en U impermeables. Con empaque doble y/o empaque que asegure indemnidad de este, sellado, de grado médico, apertura segura. Nombre del paquete con letra grande y legible. Lote visible y legible Fecha de vencimiento legible. Estéril/ método de esterilización. (Observaciones: No presentan muestra).

- **Escafandras (5).** Escafandra o toga para utilizar sobre un casco. El material de la escafandra debe ser de polipropileno, resistente a fluidos corporales. Resistencia de al menos 1.55 mmH2O como mínimo, Escafandra Medidas estándar para los cascos, que permita la filtración de partículas de aire y mantener aislado al médico del paciente y viceversa. Empaque simple, sellado, de apertura segura y fácil con sistema peel-open, este, debe traer claramente especificado, visible y legible: el nombre y material del insumo, número de lote, fecha de vencimiento, estéril / Método de esterilización, libre de látex, desechable, de un solo uso. Del Casco compatible con la escafandra, deberá ser de alta tecnología con ventilador para permitir la visualización del campo quirúrgico sin empañe, debe contener ventilador interno, permitir la filtración de partículas de aire y mantener aislado al médico del paciente y viceversa y deben ser compatibles con escafandras. (Observaciones: No presentan muestras).

- **Instrumental de colocación y medición específico.** Marco tipo Charley de 4 ramas. Este marco deberá tener un lado abierto y en su contorno deberá tener al menos 9 puntos de anclaje para separadores tipo garra y tipo valva (2 separadores de cada uno, de diferentes largos, incluidos en el sistema y que correspondan con el tipo de anclajes del marco). Con motor (GRAN FRAGMENTO) y motor sierra. (Observaciones: No se observa marco tipo Charley. No se observa motor gran fragmento ni sierra).

Por consiguiente, tampoco cumple con los Requerimientos Técnicos del Anexo N°1, según lo estipulado en el numeral 3.2.4.2 Requisitos de Admisibilidad de las Bases de Licitación.

*Se deja constancia que el proveedor **BIOADVANCE MEDICAL SPA., Rut: 77.353.051-3**, en su Anexo Económico N°4, para la línea N°1 ingresó un valor total caja/kit que no corresponde a la sumatoria según los montos detallados en la columna valor unitario de los insumos.

Línea 4: “Tornillos Canulados Específicos para uso Pélvico de ACERO (EQUIPO/CAJA EN COMODATO)”:

1.9 Implantes y/o placas presentadas son de una variedad y especialidad suficiente para realización de la intervención quirúrgica.

Línea 5: “Tornillos Canulados Específicos para uso Pélvico de ACERO (EQUIPO/CAJA EN COMODATO)”:

1.9 Implantes y/o placas presentadas son de una variedad y especialidad suficiente para realización de la intervención quirúrgica.

*** Anexo N°7-B Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Obligatorias:**

Línea N°1: “Kit de prótesis total de cadera MDM (Tipo Modular Dual Mobility), con motor (Gran Fragmento) y motor sierra”:

- 2 dosis de cemento al vacío **CON ANTIBIOTICO** / KIT DE CEMENTACION. (Observaciones: No presentan muestra ni ficha técnica).

- **Campos quirúrgicos.** 1 cubierta de mesa, 1 delantal arsenalera reforzado talla L, 3 delantales talla xl reforzados, 6 toallas de mano, 1 funda mesa mayo reforzada, 1 bota, 1 venda autoadherente reforzada (al menos 10 cm 4,6m), 1 sábana en U reforzada de al menos (de al menos 270x 300), 2 sábana en U impermeable (de al menos 270x 300), 1 sábana superior reforzada (de al menos 200x 320), 1 sábana impermeables (de al menos 200 x320), 2 sábanas en U impermeables. Con empaque doble y/o empaque que asegure indemnidad de este, sellado, de grado médico, apertura segura. Nombre del paquete con letra grande y legible. Lote visible y legible Fecha de vencimiento legible. Estéril/ método de esterilización. (Observaciones: No presentan muestra ni ficha técnica).

- **Escafandras (5).** Escafandra o toga para utilizar sobre un casco. El material de la escafandra debe ser de polipropileno, resistente a fluidos corporales. Resistencia de al menos 1.55 mmH2O como mínimo, Escafandra Medidas estándar para los cascos, que permita la filtración de partículas de aire y mantener aislado al médico del paciente y viceversa. Empaque simple, sellado, de apertura segura y fácil con sistema peel-open, este, debe traer claramente especificado, visible y legible: el nombre y material del insumo, número de lote, fecha de vencimiento, estéril / Método de esterilización, libre de látex, desechable, de un solo uso. Del Casco compatible con la escafandra, deberá ser de alta tecnología con ventilador para permitir la visualización del campo quirúrgico sin empañe, debe contener ventilador interno, permitir la filtración de partículas de aire y mantener aislado al médico del paciente y viceversa y deben ser compatibles con escafandras. (Observaciones: No presentan muestras ni ficha técnica).

- **Instrumental de colocación y medición específico.** Marco tipo Charley de 4 ramas. Este marco deberá tener un lado abierto y en su contorno deberá tener al menos 9 puntos de anclaje para separadores tipo garra y tipo valva (2 separadores de cada uno, de diferentes largos, incluidos en el sistema y que correspondan con el tipo de anclajes del marco). Con motor (GRAN FRAGMENTO) y motor sierra. (Observaciones: No presentan marco tipo Charley ni ficha técnica. No presentan instrumental para vástagos cementado ni no cementado. No presentan inserto de prueba MDM).

Línea N°2: “Kit de prótesis total de cadera de revisión modular, con motor (GRAN FRAGMENTO) y motor sierra. (EQUIPO/CAJA EN COMODATO EN TRANSITO)”:

- **Campos quirúrgicos.** 1 cubierta de mesa, 1 delantal arsenalera reforzado talla L, 3 delantales talla xl reforzados, 6 toallas de mano, 1 funda mesa mayo reforzada, 1 bota, 1 venda autoadherente reforzada (al menos 10 cm 4,6m), 1 sábana en U reforzada de al menos (de al menos 270x 300), 2 sábana en U impermeable (de al menos 270x 300), 1 sábana superior reforzada (de al menos 200x 320), 1 sábana impermeables (de al menos 200 x320), 2 sábanas en U impermeables. Con empaque doble y/o empaque que asegure indemnidad de este, sellado, de grado médico, apertura segura. Nombre del paquete con letra grande y legible. Lote visible y legible Fecha de vencimiento legible. Estéril/ método de esterilización. Observaciones: No presentan muestras ni ficha técnica.

- **Escafandras (5).** Escafandra o toga para utilizar sobre un casco. El material de la escafandra debe ser de polipropileno, resistente a fluidos corporales. Resistencia de al menos 1.55 mmH2O como mínimo, Escafandra Medidas estándar para los cascos, que permita la filtración de partículas de aire y mantener aislado al médico del paciente y viceversa. Empaque simple, sellado, de apertura segura y fácil con sistema peel-open, este, debe traer claramente especificado, visible y legible: el nombre y material del insumo, número de lote, fecha de vencimiento, estéril / Método de esterilización, libre de látex, desechable, de un solo uso. Del Casco compatible con la escafandra, deberá ser de alta tecnología con ventilador para permitir la visualización del campo quirúrgico sin empañe, debe contener ventilador interno, permitir la filtración de partículas de aire y mantener aislado al médico del paciente y viceversa y deben ser compatibles con escafandras. (Observaciones: No presentan muestras ni ficha técnica).

- **Instrumental de colocación y medición específico.** Marco tipo Charley de 4 ramas. Este marco deberá tener un lado abierto y en su contorno deberá tener al menos 9 puntos de anclaje para separadores tipo garra y tipo valva (2 separadores de cada uno, de diferentes largos, incluidos en el sistema y que correspondan con el tipo de anclajes del marco). Con motor (GRAN FRAGMENTO) y motor sierra. (Observaciones: No presentan marco tipo Charley ni ficha técnica. No presentan motor gran fragmento ni sierra).

Línea N°3: “Insumos para prótesis total de cadera de revisión para fractura compleja”:

- Cabezas de acero inoxidable y/o cerámica en versiones de 28mm,32mm,36mm. (Observaciones: No presentan muestra ni ficha técnica).

- **Instrumental de colocación y medición específico.** Marco tipo Charley de 4 ramas. Este marco deberá tener un lado abierto y en su contorno deberá tener al menos 9 puntos de anclaje para separadores tipo garra y tipo valva (2 separadores de cada uno, de diferentes largos, incluidos en el sistema y que correspondan con el tipo de anclajes del marco). Con motor (GRAN FRAGMENTO) y motor sierra. (Observaciones: No presentan instrumental de colocación).

Línea 4: “Tornillos Canulados Específicos para uso Pélvico de ACERO (EQUIPO/CAJA EN COMODATO)”:

- Con cabeza y arandelas en anchos progresivos de 4.0mm, 4.5mm y 6.5mm, de largos progresivos (de 10mm en 10 mm) de los 70mm a 150mm con en versiones con rosca parcial y total. (Observaciones: Presentan tornillos de largo máximo 120mm.)

Línea 5: “Tornillos Canulados Específicos para uso Pélvico de ACERO (EQUIPO/CAJA EN COMODATO)”:

- Con cabeza y arandelas en anchos progresivos de 4.0m, 4.5mm y 6.5mm, de largos progresivos (de 10mm en 10 mm) de los 70mm a 150mm con en versiones con rosca parcial y total. (Observaciones: Presentan tornillos de largo máximo 120mm.)



Por consiguiente, tampoco cumple con los Requerimientos Técnicos del Anexo N°1, según lo estipulado en el numeral 3.2.4.2 Requisitos de Admisibilidad de las Bases de Licitación.

II. PROPOSICIÓN FUNDADA DE DESERCIÓN

En síntesis, esta Comisión Evaluadora, procede a recomendar al Director del Hospital la declaración desierta de la Licitación ID 2111-370-LP25 para **INSUMOS DE TRAUMATOLOGÍA CADERA CON EQUIPO EN COMODATO**, debido que las ofertas recibidas no cumplen con los requisitos de admisibilidad de las bases administrativas.

Firman la presente acta:

Habiendo revisado la totalidad de los antecedentes ofertados, firman la presente acta:

Nombre	Cargo	Rut y Firma
Germán Valenzuela Favre	Médico Traumatólogo	 8681366-1
Jimena Gallardo Zúñiga	Jefa (S) Unidad de Esterilización	 10.146030
Brenda Solis Garcia	TENS Arsenalera Pabellon Central	Brenda Solis. 20.146.294-0.