

ACTA DE EVALUACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS
SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-142-LE26


NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: BLUEMEDICAL SPA

El insumo deberá cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas Obligatorias:

LÍNEA 2				
NOMBRE	SILLA RUEDA ESTÁNDAR ADULTO RUEDA MACIZA ASIE 48 A 49 CM (MEDIDA 4)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de Látex	X		
1.5	Silla con ruedas anti vuelco, apoya brazos y apoya pies abatibles.	X		
1.6	Plegable	X		
1.7	Medidas asiento 48 a 49 CM	X		
1.8	Frenos bilaterales de palanca ajustable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente		X	
2.2	Certificación FDA o CE		X	
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución	X		
3.2	Características acordes a adulto de 120 kilos o más.	X		

OBSERVACIONES:

ISO 13485 NO VIGENTE, NO SE ADJUNTAN CERTIFICADOS PARA LA FDA O CE



ACTA DE EVALUACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS
SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-142-LE26

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA

El insumo deberá cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas Obligatorias:

LÍNEA 1				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO 43-44 X 43CM (MEDIDA 5)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de Látex	X		
1.5	Cojín antiescaras con medidas 43-44 X 43CM	X		
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución	X		
3.2	Características viscoelásticas que soporten hasta 120 kilos o más.	X		

LÍNEA 2				
NOMBRE	SILLA RUEDA ESTÁNDAR ADULTO RUEDA MACIZA ASIE 48 A 49 CM (MEDIDA 4)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de Látex	X		
1.5	Silla con ruedas anti vuelco, apoya brazos y apoya pies abatibles.	X		
1.6	Plegable	X		
1.7	Medidas asiento 48 a 49 CM	X		
1.8	Frenos bilaterales de palanca ajustable	X		

2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente		X	
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución	X		
3.2	Características acordes a adulto de 120 kilos o más.	X		

LÍNEA 3				
NOMBRE	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ADULTO RECLINABLE ASIENTO 39 A 40 CM (MEDIDA 2)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de Látex		X	
1.5	Silla con ruedas anti vuelco, apoya brazos y apoya pies abatibles.	X		
1.6	Respaldo reclinable	X		
1.7	Medidas asiento 39 a 40 CM	X		
1.8	Frenos bilaterales de palanca ajustable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características acordes a adulto de 120 kilos o más.	X		

LÍNEA 4				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO 45 X 50 CM (MEDIDA 8)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de Látex	X		
1.5	Cojín antiescaras con medidas 45 X 50 CM		X	
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable	X		

2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características viscoelásticas que soporten hasta 120 kilos o más.	X		

LÍNEA 5				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS CELDA D/AIRE 36X36 CM (MEDIDA 1)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de látex	X		
1.5	Cojín antiescaras con medidas 36X36 CM		X	
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características inflables que soporten hasta 120 kilos o más.	X		

LÍNEA 6				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS CELDA D/AIRE 40-41 X 40-41 CM (MEDIDA 2)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de látex	X		
1.5	Cojín antiescaras con medidas 40-41 X 40-41 CM	X		
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN

2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución	X		
3.2	Características inflables que soporten hasta 120 kilos o más.	X		


LÍNEA 7				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS CELDA D/AIRE 45-46 X 50-51 CM (MEDIDA 6)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de látex	X		
1.5	Cojín antiescaras con medidas 45-46 X 50-51 CM	X		
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución	X		
3.2	Características inflables que soporten hasta 120 kilos o más.	X		

OBSERVACIONES:

LÍNEA 2, ÍTEM 2.1, NORMA ISO NO VIGENTE

LÍNEA 3: ÍTEM 1.4 NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN

LÍNEA 4: ÍTEM 5, FICHA TÉCNICA MEDIDAS 50x43 cm.



ACTA DE EVALUACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS
SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-142-LE26

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: ISTECH INNOVA SERVICE TECNOLOGÍA SPA

El insumo deberá cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas Obligatorias:

LÍNEA 1				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO 43-44 X 43CM (MEDIDA 5)			
DETALLE EETT			CUMPLE	
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente		X	
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible		X	
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible		X	
1.4	Libre de Látex		X	
1.5	Cojín antiescaras con medidas 43-44 X 43CM		X	
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente		X	
2.2	Certificación FDA o CE		X	
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características viscoelásticas que soporten hasta 120 kilos o más.	X		


LÍNEA 2				
NOMBRE	SILLA RUEDA ESTÁNDAR ADULTO RUEDA MACIZA ASIE 48 A 49 CM (MEDIDA 4)			
DETALLE EETT			CUMPLE	
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente		X	
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible		X	
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible		X	
1.4	Libre de Látex		X	
1.5	Silla con ruedas anti vuelco, apoya brazos y apoya pies abatibles.	X		
1.6	Plegable	X		
1.7	Medidas asiento 48 a 49 CM		X	
1.8	Frenos bilaterales de palanca ajustable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN

2.1	Certificación ISO 13485 Vigente		X	
2.2	Certificación FDA o CE		X	
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características acordes a adulto de 120 kilos o más.		X	

LÍNEA 3				
NOMBRE	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ADULTO RECLINABLE ASIENTO 39 A 40 CM (MEDIDA 2)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente		X	
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible		X	
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible		X	
1.4	Libre de Látex		X	
1.5	Silla con ruedas anti vuelco, apoya brazos y apoya pies abatibles.	X		
1.6	Respaldo reclinable	X		
1.7	Medidas asiento 39 a 40 CM		X	
1.8	Frenos bilaterales de palanca ajustable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente		X	
2.2	Certificación FDA o CE		X	
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características acordes a adulto de 120 kilos o más.		X	

OBSERVACIONES:

LÍNEA 1, ÍTEM 2.1, 2.2 SIN CERTIFICACIONES
 ÍTEM 1.1, 1.2, 1.3 NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN / ÍTEM 1.5 F.T 41 x 46 cm.
 LÍNEA 2, ÍTEM 1.1, 1.2, 1.3, NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN
 ÍTEM 1.4 FICHA TÉCNICA 46 cm.
 ÍTEM 2.1, 2.2, SIN CERTIFICACIONES
 ÍTEM 3.2 FICHA TÉCNICA 80 Kilos.
 LÍNEA 3, ÍTEM 1.1, 1.2, 1.3 NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN
 ÍTEM 1.4 FICHA TÉCNICA 46 cm.
 ÍTEM 2.1, 2.2, SIN CERTIFICACIONES
 ÍTEM 3.2 FICHA TÉCNICA 80 Kilos.



ACTA DE EVALUACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS
SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-142-LE26

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: PARACARE S.P.A.

El insumo deberá cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas Obligatorias:

LÍNEA 6				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS CELDA D/AIRE 40-41 X 40-41 CM (MEDIDA 2)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente		X	
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible		X	
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible		X	
1.4	Libre de Látex	X		
1.5	Cojín antiescaras con medidas 40-41 X 40-41 CM		X	
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE		X	
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características inflables que soporten hasta 120 kilos o más.	X		

LÍNEA 7				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS CELDA D/AIRE 45-46 X 50-51 CM (MEDIDA 6)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente		X	
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible		X	
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible		X	
1.4	Libre de Látex	X		
1.5	Cojín antiescaras con medidas 45-46 X 50-51 CM		X	
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE		X	
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN

3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características inflables que soporten hasta 120 kilos o más.	X		

OBSERVACIONES:

LINEA 6 ITEM 1.5 NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN
 LINEA 6 ITEM 2.2 CERTIFICACIÓN FDA O CE NO SE ADJUNTA

LINEA 7 ITEM 1.5 NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN
 LINEA 7 ITEM 2.2 CERTIFICACIÓN FDA O CE NO SE ADJUNTA.

LINEA 6 ITEM 1.1, 1.2, 1.3 NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN

LINEA 7 ITEM 1.1, 1.2, 1.3 NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN



ACTA DE EVALUACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS
SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-142-LE26

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA PROMSA SPA

El insumo deberá cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas Obligatorias:

LÍNEA 1				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO 43-44 X 43CM (MEDIDA 5)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de Látex	X		
1.5	Cojín antiescaras con medidas 43-44 X 43CM		X	
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características viscoelásticas que soporten hasta 120 kilos o más.	X		

LÍNEA 2				
NOMBRE	SILLA RUEDA ESTÁNDAR ADULTO RUEDA MACIZA ASIE 48 A 49 CM (MEDIDA 4)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de Látex	X		
1.5	Silla con ruedas anti vuelco, apoya brazos y apoya pies abatibles.	X		
1.6	Plegable	X		
1.7	Medidas asiento 48 a 49 CM		X	
1.8	Frenos bilaterales de palanca ajustable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN

2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características acordes a adulto de 120 kilos o más.	X		

LÍNEA 3				
NOMBRE	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ADULTO RECLINABLE ASIENTO 39 A 40 CM (MEDIDA 2)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de Látex	X		
1.5	Silla con ruedas anti vuelco, apoya brazos y apoya pies abatibles.	X		
1.6	Respaldo reclinable	X		
1.7	Medidas asiento 39 a 40 CM		X	
1.8	Frenos bilaterales de palanca ajustable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características acordes a adulto de 120 kilos o más.	X		

LÍNEA 4				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO 45 X 50 CM (MEDIDA 8)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente			
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible			
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible			
1.4	Libre de Látex			
1.5	Cojín antiescaras con medidas 45 X 50 CM			
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable			
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN

2.1	Certificación ISO 13485 Vigente			
2.2	Certificación FDA o CE			
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución			
3.2	Características viscoelásticas que soporten hasta 120 kilos o más.			

LÍNEA 6				
NOMBRE	COJÍN ANTIESCARAS CELDA D/AIRE 40-41 X 40-41 CM (MEDIDA 2)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente	X		
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible	X		
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible	X		
1.4	Libre de Látex	X		
1.5	Cojín antiescaras con medidas 40-41 X 40-41 CM		X	
1.6	Insumo debe contar con una funda transpirable y lavable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente	X		
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características inflables que soporten hasta 120 kilos o más.		X	FT 113 R/g

OBSERVACIONES:

Línea 1, ITEM 1.5 Ficha técnica 40-42 / 42-44

Línea 2, ITEM 1.7 Ficha técnica 51 cm.

Línea 3, ITEM 1.7 Ficha técnica 45, 50 cm.

Línea 4, NO SE ENCONTRÓ LA FICHA TÉCNICA, POR ENDE NO ES POSIBLE EVALUAR EL PRODUCTO

Línea 6 ITEM 1.5 Ficha técnica 42 x 20 x 12 cm.

1

1

1

**ACTA DE EVALUACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS
SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-142-LE26**

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: REHACARE SPA

El insumo deberá cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas Obligatorias:

LÍNEA 2				
NOMBRE	SILLA RUEDA ESTÁNDAR ADULTO RUEDA MACIZA ASIE 48 A 49 CM (MEDIDA 4)			
DETALLE EETT		CUMPLE		MÉTODO DE VERIFICACIÓN
1	ESPECIFICACIONES GENERALES	SI	NO	
1.1	Insumo debe entregarse en empaque indemne limpio o embalaje correspondiente		X	
1.2	Rotulado del insumo debe contener nombre del producto con letra grande y legible		X	
1.3	Rotulado del insumo debe contener el Lote visible y legible		X	
1.4	Libre de Látex		X	
1.5	Silla con ruedas anti vuelco, apoya brazos y apoya pies abatibles.	X		
1.6	Plegable	X		
1.7	Medidas asiento 48 a 49 CM	X		
1.8	Frenos bilaterales de palanca ajustable	X		
2	CERTIFICACIONES O NORMAS	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2.1	Certificación ISO 13485 Vigente		X	
2.2	Certificación FDA o CE	X		
3	FUNCIONAMIENTO	SI	NO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
3.1	Funcionamiento adecuado con los requerimientos de la institución		X	
3.2	Características acordes a adulto de 120 kilos o más.		X	

OBSERVACIONES:

ISO 13485 NO VIGENTE

ITEM 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN

