



Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Subdirección Administrativa y Financiera
Departamento de Abastecimiento
Unidad de Licitaciones

ACTA DE EVALUACIÓN ID 2111-52-LE26
SUMINISTRO APÓSITO DE POLIÉSTER MICROPERFORADO

En Santiago con fecha 19-06-2026, se reúne la Comisión Evaluadora de la propuesta pública ID 2111-52-LE26 denominada **SUMINISTRO APÓSITO DE POLIÉSTER MICROPERFORADO**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, nombrada mediante Resolución Exenta N°1212 de fecha 27-05-2026, que aprueba Bases de Licitación antes señalada:

NOMBRE	CARGO
Yanet Alejandra Badilla Galaz	Enfermera continuidad upc quemados
Gastón Córdova Villarroel	Enfermero continuidad de UTI
Patricia Medalla Soza	Enfermera continuidad pabellón

Llamado a Concurso.

Con fecha 28-05-2026, se publican las Bases de Licitación de ID 2111-52-LE26 en el portal www.mercadopublico.cl, con el nombre de **SUMINISTRO APÓSITO DE POLIÉSTER MICROPERFORADO** del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°1212 de fecha 27-05-2026, que aprueba Bases de Licitación antes señalada.

La Licitación antes señalada se conforma por los siguientes insumos, detallado a continuación:

CÓDIGO INTERNO H.U.A.P.	INSUMOS	CANTIDAD ESTIMADA PARA 36 MESES
2251574125	APOSITO DE POLIESTER MICROPERFORADO DE 10CM X 12,5CM APROX.	58.000 unidades

Apertura Administrativa.

Con fecha 8-06-2026, se realiza la apertura electrónica de la licitación, recibándose cinco (5) ofertas de los siguientes proveedores:

RUT	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
77.899.342-2	INSUMEDI SPA.
76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA.
77.057.521-4	MOLNYCKE HEALTH CARE CHILE SPA.
96.625.950-7	TECNICA S.A.
77.190.880-2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.

Apertura Manual.

Con fecha 8-06-2026, se realiza la apertura manual de la licitación, recibiendo una (1) oferta del siguiente proveedor:

RUT	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
76.352.414-0	VIDA MEDICA

I. Verificación de antecedentes mínimos para ofertar.

De acuerdo a las Bases de la Licitación, se solicitaron antecedentes mínimos para ofertar a cada proveedor, entre los cuales: Anexo N°3-A, Anexo N°3-B, Anexo N°3-C, Anexo N°4, Anexo N°6, Anexo N°7, Anexo N°8, Anexo N°9, Anexos N°10, Anexo N°11 y otros documentos publicados por los oferentes en el sistema de información www.mercadopublico.cl, determinando así si las ofertas son aceptadas o declaradas inadmisibles y/o desiertas según se detalla a continuación:

N°	R.U.T. Proveedor	Razón Social Proveedor	Anexo N°1	Anexo N°3A	Anexo N°3B	Anexo N°3C	Anexo N°4	Anexo N°6	Anexo N°7	Anexo N°8	Anexo N°9	Anexo N°10	Plazo de Entrega	Evaluación de Muestras	Estado de la Oferta	Observaciones
1	77.899.342-2	INSUMEDI SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	Inadmisible	No cumple con Anexo N°6, evaluación de muestras y Anexo N°10
2	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA.	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	Inadmisible	No cumple con Anexo N°6, Anexo N°8, Anexo N°10, Plazo de Entrega ni Evaluación de Muestras
3	77.057.521-4	MOLNYCKE HEALTH CARE CHILE SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Inadmisible	No cumple con Anexo N°6, evaluación de muestras
4	96.625.950-7	TECNICA S.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Inadmisible	No cumple con Anexo N°6, evaluación de muestras
5	77.190.880-2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Inadmisible	No cumple con Anexo N°6, evaluación de muestras
6	76.352.414-0	VIDA MEDICA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Inadmisible	No realiza oferta en portal no cumple con la evaluación de muestras

- Se rechaza la oferta del proveedor **INSUMEDI SPA.** de Rut: **77.899.342-2** debido que no cumple con los siguientes **Requisitos de Admisibilidad numeral 4.2.4.2.** de las bases de licitación:
 - No cumple con la evaluación de muestras por ende tampoco cumple con el Anexo N°6 en los siguientes ítems:
 - Ítem 1.7 "Apósito transparente no adhesivo".
 - Ítem 1.8 "Su composición es una película de poliéster microperforado"
 - Ítem 1.10 "Debe permitir visualizar la herida."
 - Ítem 1.11 "Debe permitir la aplicación de medicamentos tópicos"
- Se rechaza la oferta del proveedor **COMERCIAL INTERMEDICA LTDA.** de Rut: **76.205.137-0** debido que no cumple con los siguientes **Requisitos de Admisibilidad numeral 4.2.4.2.** de las bases de licitación:
 - No adjunta las certificaciones solicitadas por ende no cumple con la evaluación de muestras y el Anexo N°6 en los siguientes ítems:
 - Ítem 2.1 "FDA O CE vigentes".
 - Ítem 2.2 "ISO 13485 vigente"
 - Ítem 2.3 "Libre de Látex"

- Se rechaza la oferta del proveedor **MOLNYCKE HEALTH CARE CHILE SPA.** de Rut: **77.057.521-4** debido que no cumple con los siguientes **Requisitos de Admisibilidad numeral 4.2.4.2.** de las bases de licitación:
 - No cumple con la evaluación de muestras por ende tampoco cumple con el Anexo N°6 en los siguientes ítems:
 - Ítem 1.7 “Apósito transparente no adhesivo”.
 - Ítem 1.8 “Su composición es una película de poliéster microperforado”
- Se rechaza la oferta del proveedor **TECNICA S.A.** de Rut: **96.625.950-7** debido que no cumple con los siguientes **Requisitos de Admisibilidad numeral 4.2.4.2.** de las bases de licitación:
 - No cumple con la evaluación de muestras por ende tampoco cumple con el Anexo N°6 en los siguientes ítems:
 - Ítem 1.7 “Apósito transparente no adhesivo”.
 - Ítem 1.8 “Su composición es una película de poliéster microperforado”
- Se rechaza la oferta del proveedor **SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.** de Rut: **77.190.880-2** debido que no cumple con los siguientes **Requisitos de Admisibilidad numeral 4.2.4.2.** de las bases de licitación:
 - No cumple con la evaluación de muestras por ende tampoco cumple con el Anexo N°6 en los siguientes ítems:
 - Ítem 1.8 “Su composición es una película de poliéster microperforado”
 - Ítem 1.10 “Debe permitir visualizar la herida.”
 - Ítem 1.11 “Debe permitir la aplicación de medicamentos tópicos”
- Se rechaza la oferta del proveedor **VIDA MEDICA.** de Rut: **76.352.414-0** debido que no cumple con los siguientes **Requisitos de Admisibilidad numeral 4.2.4.2.** de las bases de licitación:
 - No realiza oferta en el Portal de Mercado Publico.
 - No cumple con la evaluación de muestras en los siguientes ítems:
 - Ítem 1.7 “Apósito transparente no adhesivo.”
 - Ítem 1.8 “Su composición es una película de poliéster microperforado”
 - Ítem 1.11 “Debe permitir la aplicación de medicamentos tópicos”

II. PROPOSICIÓN FUNDADA DE DESERCIÓN

En síntesis, esta Comisión Evaluadora, procede a recomendar al Director del Hospital la declaración desierta de la Licitación ID 2111-52-LE26 denominada **SUMINISTRO APÓSITO DE POLIÉSTER MICROPERFORADO**, debido que las ofertas recibidas no cumplen con los requisitos de admisibilidad de las bases administrativas.