



Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Subdirección Administrativa y Financiera
Departamento de Abastecimiento
Unidad de Licitaciones

**ACTA DE EVALUACIÓN ID 2111-160-LP26
MANTAS TÉRMICAS CON EQUIPO EN COMODATO II**

En Santiago con fecha 01-07-2026, se reúne la Comisión Evaluadora de la propuesta pública ID 2111-160-LP26 denominada **SUMINISTRO APÓSITO DE POLIÉSTER MICROPERFORADO**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, nombrada mediante Resolución Exenta N°1203 de fecha 27-05-2026, que aprueba Bases de Licitación antes señalada:

NOMBRE	CARGO
Karoll Concha Sepúlveda	Anestesiólogo
Claudio Hayden Montoya	EU Continuidad Pabellón
Paula Leiva Zapata	Profesional de equipos médicos

- Se deja constancia que Karoll Concha Sepúlveda, asumirá como reemplazo de Víctor Exequiel Ibáñez Bustos en la Comisión Evaluadora, debido a que este último se encontraba haciendo uso de sus vacaciones.
- Se deja constancia que Claudio Hayden Montoya, asumirá como reemplazo de Patricia Molla Soza en la Comisión Evaluadora, debido a que este último se encontraba haciendo uso de sus vacaciones.

Llamado a Concurso.

Con fecha 28-05-2025, se publican las Bases de Licitación de ID 2111-160-LP26 en el portal www.mercadopublico.cl, con el nombre de **MANTAS TÉRMICAS CON EQUIPO EN COMODATO II** del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°1203 de fecha 27-05-2026, que aprueba Bases de Licitación antes señalada.

La Licitación antes señalada se conforma por los siguientes insumos y equipos, detallado a continuación:

Ítem	Línea	Código Interno H.U.A.P.	Insumos	Cantidad 36 meses
1	1	3470000755	MANTAS TÉRMICAS CUERPO COMPLETO	8.100
	2	3473470099	MANTAS TÉRMICAS TREN SUPERIOR	5.100
	3	3473470100	MANTAS TÉRMICAS DE TREN INFERIOR	6.000
	4	3470000756	MANTA TERMICA BAJO PACIENTE CUERPO COMPLETO	1.200

Equipo en comodato	Disponibilidad de Equipos en el hospital durante la vigencia del contrato
CALEFACTOR DE PACIENTE	60

Apertura Administrativa.

Con fecha 8-06-2026, se realiza la apertura electrónica de la licitación, recibiendo tres (3) ofertas de los siguientes proveedores:

RUT	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
78.936.310-2	NEUMANN LTDA.
86.383.300-0	MEDIPLIX S.A.
79.895.670-1	PV EQUIP S.A.

I. Verificación de antecedentes mínimos para ofertar.

De acuerdo a las Bases de la Licitación, se solicitaron antecedentes mínimos para ofertar a cada proveedor, entre los cuales: Anexo N°3-A, Anexo N°3-B, Anexo N°3-C, Anexo N°4, Anexo N°6, Anexo N°7, Anexo N°8, Anexo N°9, Anexos N°10, Anexo N°11, Anexo N°12 y otros documentos publicados por los oferentes en el sistema de información www.mercadopublico.cl, determinando así si las ofertas son aceptadas o declaradas inadmisibles y/o desiertas según se detalla a continuación:

N°	R.U.T. Proveedor	Razón Social Proveedor	Anexo N°1	Anexo N°3A	Anexo N°3B	Anexo N°3C	Anexo N°4	Anexo N°6	Anexo N°7	Anexo N°8	Anexo N°9	Anexo N°10	Anexo N°11	Anexo N°12	Plazo de Entrega	Capacitaciones	Evaluación de Muestras	Evaluación de Equipo	Oferta por total ítem	Estado de la Oferta	Observaciones
1	78.936.310-2	NEUMANN LTDA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	Inadmisible	No cumple con la evaluación de muestras
2	86.383.300-0	MEDIPLIX S.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	Inadmisible	No cumple con la evaluación de muestras y equipo
3	79.895.670-1	PVEQUIP S.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	Inadmisible	No cumple con la evaluación de muestras

- Se rechaza la oferta del proveedor **NEUMANN LTDA.** de Rut: **78.936.310-2** debido que no cumple con el siguiente **Requisitos de Admisibilidad numeral 4.2.4.2.** de las bases de licitación:
 - o No cumple con la evaluación de muestras por ende tampoco cumple con el Anexo N°7 en los siguientes ítems para las líneas 1, 2, 3 y 4:
 - **Línea 1:** Ítem 2.3 “Medidas por lado entre 190cm a 220cm x 80cm a 100cm”. Según en ficha técnica del proveedor las medidas que indica son de 210 x 110.
 - **Línea 2:** Ítem 2.3 “Manta térmica para tren superior, medidas entre 190cm a 200 cm x 55cm a 70cm”. Según en ficha técnica del proveedor las medidas que indica son de 210 x 80.

- **Línea 3:** Ítem 2.3 “Manta térmica para tren inferior, medidas entre 110cm a 160cm x 85cm a 95cm”. Según en ficha técnica del proveedor las medidas son 210 x 80. Según en ficha técnica del proveedor las medidas que indica son de 150 x 100.
- **Línea 4:** Ítem 2.3 “Manta de uso bajo paciente medidas por lado entre 185cm a 225cm x 85cm a 95cm”. Según en ficha técnica del proveedor las medidas que indica son de 220 x 110.
- Se deja constancia que el proveedor **MEDIPLEX S.A.** de Rut: **86.383.300-0**, indica en su Anexo N°7, ítem 2.3 “Medidas por lado entre 190cm a 220cm x 80cm a 100cm”, que no cumple con las medidas señaladas en dicho anexo.
- Se rechaza la oferta del proveedor **MEDIPLEX S.A.** de Rut: **86.383.300-0** debido que no cumple con los siguientes **Requisitos de Admisibilidad numeral 4.2.4.2.** de las bases de licitación:
 - No cumple con la evaluación de muestras por ende tampoco cumple con el Anexo N°7 en los siguientes ítems para las líneas 1, 2, 3 y 4:
 - **Línea 1:**
 - Ítem 2.1 “Manta térmica para adulto, uso quirúrgico o clínico, sistema por convección de aire caliente”. La comisión indicada que no presenta poros.
 - Ítem 2.3 “Medidas por lado entre 190cm a 220cm x 80cm a 100cm”. Según ficha técnica del proveedor las medidas que indica son de 210 x 120 cm.
 - Ítem 2.4 “Debe permitir distribución de calor en forma uniforme e indirecto a través de capas y perforaciones”.
 - Ítem 2.8 “Resistente al rasgado”.
 - Ítem 2.11 “Que tenga un sistema de fijación que evite el desplazamiento”. La comisión indica que queda suelto.
 - Ítem 3.1 “Funcionamiento insumo de prueba”. La comisión indica sin perforación.
 - **Línea 2:**
 - Ítem 2.1 “Manta térmica para adulto, uso quirúrgico o clínico, sistema por convección de aire caliente”. La comisión indicada que no presenta poros.
 - Ítem 2.4 “Debe permitir distribución de calor en forma uniforme e indirecto a través de capas y perforaciones”.
 - Ítem 2.8 “Resistente al rasgado”.
 - Ítem 3.1 “Funcionamiento insumo de prueba”. La comisión indica sin perforación.

- **Línea 3:**
 - Ítem 2.1 “Manta térmica para adulto, uso quirúrgico o clínico, sistema por convección de aire caliente”. La comisión indicada que no presenta poros.
 - Ítem 2.3 “Manta térmica para tren inferior, medidas entre 110cm a 160cm x 85cm a 95cm”. Según ficha técnica del proveedor las medidas que indica son de 142 x 120 cm.
 - Ítem 2.4 “Debe permitir distribución de calor en forma uniforme e indirecto a través de capas y perforaciones”. La comisión indica que no tiene.
 - Ítem 2.8 “Resistente al rasgado”.
 - Ítem 3.1 “Funcionamiento insumo de prueba”. La comisión indica sin perforación.
- **Línea 4:**
 - Ítem 2.1 “Manta térmica para adulto, uso quirúrgico o clínico, sistema por convección de aire caliente”. La comisión indicada que no presenta poros.
 - Ítem 2.3 “Manta de uso bajo paciente medidas por lado entre 185cm a 225cm x 85cm a 95cm”. Según ficha técnica del proveedor las medidas que indica son de 215 x 100 cm.
 - Ítem 2.4 “Debe permitir distribución de calor en forma uniforme e indirecto a través de capas y perforaciones”. La comisión indica que no tiene.
 - Ítem 2.8 “Resistente al rasgado”.
 - Ítem 2.11 “Que tenga un sistema de fijación que evite el desplazamiento”. La comisión indica que queda suelto.
 - Ítem 3.1 “Funcionamiento insumo de prueba”. La comisión indica sin perforación.
- No cumple con la evaluación de equipo por ende tampoco cumple con el Anexo N°7.
 - Ítem 1.2 “Debe tener sistema de medición de temperatura precisa y visualización en pantalla.”
- Se rechaza la oferta del proveedor **PV EQUIP S.A.** de Rut: **79.895.670-1** debido que no cumple con el siguiente **Requisitos de Admisibilidad numeral 4.2.4.2.** de las bases de licitación:
 - No cumple con la evaluación de muestras por ende tampoco cumple con el Anexo N°7 en los siguientes ítems para las líneas 1, 2, 3 y 4:
 - **Línea 1:**
 - Ítem 2.2 “De polipropileno libre de látex”.
 - Ítem 2.7 “Hipoalergénico”.

- **Línea 2:**
 - Ítem 2.2 “De polipropileno libre de látex”.
 - Ítem 2.7 “Hipoalergénico”.
- **Línea 3:**
 - Ítem 2.2 “De polipropileno libre de látex”.
 - Ítem 2.7 “Hipoalergénico”.
- **Línea 4:**
 - Ítem 2.2 “De polipropileno libre de látex”.
 - Ítem 2.7 “Hipoalergénico”.

II. PROPOSICIÓN FUNDADA DE DESERCIÓN

En síntesis, esta Comisión Evaluadora, procede a recomendar al Director del Hospital la declaración desierta de la Licitación **ID 2111-160-LP26** denominada **MANTAS TÉRMICAS CON EQUIPO EN COMODATO II**, debido que las ofertas recibidas no cumplen con los requisitos de admisibilidad de las bases administrativas.